

株式会社東和化学 殿

## 校正証明書

発行日 2021年4月19日  
新光電子株式会社 つくば事業所

承認	作成
	

製品名	機種名	製造番号
個数ばかり	PCX II -12000	135110013

上記のはかりは、最終検査用分銅を使用し、その結果は弊社仕様を満たしている事を証明致します。  
はかりの校正に使用した分銅は、弊社管理規定により管理され、国家標準にトレーサビリティが確保されて  
おります。

### 使用分銅

質 量	最終検査用分銅	
	100g	2kg
数 量	6個	6個

各種合成樹脂成形加工

 **株式会社 東和化学**  
新光電子株式会社  
〒140-0015 東京都品川区西大井6-4-2  
TEL:03 (3775) 2351 FAX:03 (3775) 2355  
<http://www.towa-kagaku.co.jp>